


单一采购项目内部会商意见表

采购人名称（盖章）：扬州市中医院

项目名称	5mm HOPKINS II 腹腔镜 30°
会商内容	我院现有一套 KARL STORZ 3D 腹腔镜系统，配备 10mm 腹腔镜，该镜在开展通道狭窄、腔隙较小，伴有粘连的手术时，面临着进腔困难，操作难度大，术后创伤较大的问题。为保证临床使用，现需采购配件，具体配件名称、型号规格、数量为：5mm HOPKINS II 腹腔镜 30°(26046BA、1 个)。考虑到配件来源的合法合规性、和设备的适配性、维修人员专业技术能力等方面，本配件只能由原厂提供。原厂卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司在我院的配件唯一授权单位为南京世泽医疗科技有限公司，经医院采购小组讨论，拟对本项目采用单一来源方式采购。
内部会商 人员签字	使用部门（岗位）人员：  财务部门（岗位）人员：  采购部门（岗位）人员：  审计处、纪委办公室：  分管采购院长：  单位主要负责人： 

单一来源采购专业人员论证意见表

采购单位（盖章）：扬州市中医院

项目名称	5mm HOPKINS II 腹腔镜 30°
拟采购的唯一 供应商名称	南京世泽医疗科技有限公司
专业人员 论证意见一	5mm STORZ HOPKINS II 腹腔镜 30°，可用于各种微创手术，其尺寸设计符合人体工程学，可减少手术时间，降低手术风险，减少术后并发症，建议采购。 专业人员姓名：王佳佳 工作单位：扬州市中医院 职称：主治医师 日期：2024年12月24日
专业人员 论证意见二	STORZ 的 5mm 腹腔镜，采用 Hopkins 技术，具有高清、稳定、耐用等特点，能够满足各种微创手术的需求，且操作简便，易于掌握，建议采购。 专业人员姓名：孙伟 工作单位：扬州市中医院 职称：副主任医师 日期：2024 年 12 月 24 日
专业人员 论证意见三	Storz 腹腔镜成像精确、耐用性高，售后服务好，由于主机型号均为 Storz，因此腹腔镜通用该款适配器，更能发挥其优良的性能，不会存在松动、误差，降低误操作概率。 专业人员姓名：王介金 工作单位：扬州市中医院 职称：中级临床工程师 日期：2024 年 12 月 24 日

备注：1、专业人员是指具备中级以上职称，从事与采购项目相关专业并从事相关工作 8 年以上的人员；

2、符合政府采购法第三十一条第一项情形的需满足三个方面的条件（特殊要求的公共服务项目除外）：1) 项目功能的客观定位决定必须使用的专利、专有技术，而非采购人主观要求；2) 项目使用的专利、专有技术具有不可替代性；3) 专利、专有技术具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。

3、项目采购需求附后

附件：

项目采购需求

采购单位（盖章）：扬州市中医院

采购项目名称	5mm HOPKINS II 腹腔镜 30°
采购数量	1 根
采购项目预算金额	7 万
供货期限	合同签订后 10 天内供货并完成设备安装调试
采购项目质保期限	≥24 个月
付款方式	签订合同后,所有硬件设备到达采购人安装现场后,付合同总价 30%;项目实施及培训完成且甲方验收合格后付合同总价 60%,余款 10%在采购人正式使用 2 年后且临床没有异议后支付。
设备的主要功能描述以及设备的临床需求	5mm HOPKINS II 腹腔镜 30°: 可用于先天性肥厚性幽门狭窄、幽门环肌切开术、疝囊高位结扎术、疝修补术等术式。 在临床应用上, STORZ 腹腔镜 26046BA 可以用于多种微创手术中,镜体直径小至 5mm,由于手术切口小,使用 STORZ 腹腔镜进行手术的患者术后恢复较快,通常术后几天内即可恢复正常活动,减少了住院时间和并发症风险。此外,能够确保医生能够在微创手术中获得清晰的视觉效果,帮助医生在复杂的手术中灵活调整视野,提升手术的效率。
设备的主要技术指标	1.镜子: 1.1 HOPKINS II 柱状晶体镜,非球面镜,蓝宝石镜面; 1.2 视向角≤30°,视场角 ≥68°; 1.3 广角,带光纤接口, 1.4 直径≤5mm,工作长度≥290mm,; 1.5 可高温高压消毒。